

	<p>ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE UZIĆE др.В.Маринковића бр. 4, 31000 Ужице ☎ (031) 563-150, факс: (031) 563-147 e-mail: zavoduzice@mts.rs</p>	 
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Датум: 19.02.2018.

Predmet: Odgovor na pitanja javna nabavka ostalih specijalizovanih usluga po partijama br. 04/2018.

PITANJE:

1. U konkursnoj dokumentaciji za održavanje opreme, partija 33 "Održavanje analitičkih i tehničkih vaga" ste naveli da se usluga održavanja obavlja kod naručioca posla. U odnosu na ostalu opremu iz dokumentacije, analitičke vage je potrebno servisirati i održavati u preporučenim uslovima i prostoriji koja je za to i namenjena.

Zbog same konstrukcije i karakteristika predmetnih vaga, njihovo održavanje i preventivni ili redovan servis zahteva određene uslove prostorija u kojima se isti obavlja. Ukoliko nemate adekvatne prostorije i ostale uslove za kvalitetan servis i održavanje da li je moguće da izabrani ponuđač te usluge obavlja u svojim prostorijama koje su adekvatno opremljene

Odgovori:

1. Vage se mogu servisirati u prostorijama isporučioaca ukoliko isporučilac obezbedi transport opreme, zbog rizika kvara usled transporta. U tom slučaju isporučilac je dužan da izvrši transport, (servisiranje) popravku, tako da je potrebno u ponudu uključiti sve troškove vezane za izvršenje usluge koji uključuju i transport do naručioca sa puštanjem u rad.

Službenik za javne nabavke