



|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <p><b>ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ</b><br/> др.В.Маринковића бр. 4, 31000 Ужице<br/> ☎ (031) 563-150, факс: (031) 563-147<br/> e-mail: zavoduzice@mts.rs</p> |  |
|---|--|---|

Датум: 27.06.2018.

**Predmet:** Odgovori na pitanja javna nabavka laboratorijske opreme po partijama br. 27/2018.

**PITANJE:**

Na strani br.6 zahtevano je da instrument poseduje sledeće temperaturne zone:

Temperaturske zone Pećnica – ambientalna + 5 °C – 210 °C

Ventil i petlja– ambientalna + 5 °C – 210 °C

Transfer linija – ambientalna + 5 °C – 210 °C

Da li će biti prihvaćena ponuda za sistem koji ima sledeće karakteristike:

Temperaturske zone Pećnica – 35 °C – 210 °C

Ventil i petlja– 35 °C – 210 °C

Transfer linija –35 °C – 210 °C

**Odgovor:**

U opisu predmeta nabavke na strani 6, pri definisanju temperaturnih zona instrumenta nastala je greška,

Instrument je potrebno da poseduje sledeće temperaturne zone:

Temperaturne zone pećnica od 35 °C – 210 °C

Ventil i petlja od 35 °C – 210 °C

Transfer linija od 35 °C – 210 °C

Odnosno biće prihvaćene ponude za sistem sa ovde navedenim temperaturnim zonama

Službenik za javne nabavke

Smilja Ćosić